



OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 – 824 Warszawa

tel. 022 56 89 100 / fax. 022 864 – 59 – 52

sekretariat@opsbielany.waw.pl

NIP 118-09-35-660; REGON 010843854

Warszawa, 10 października 2022 r.

Znak sprawy: OPS IX.26.3.2.2022

Do Wykonawców

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia sali rehabilitacyjnej Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 8 z załącznika 2A i utworzenie nowego, odrębne-
go załącznika np. 2a2, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?”

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z załącznika 2A. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych poprzez składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Za ofertę częściową uważa się ofertę obejmującą pełen asortyment jednej z 3 (trzech) części.

PYTANIE 2

„Czy Zamawiający będzie wymagał w poz. 8 oczyszczacz powietrza produkcji europejskiej?”

Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagał w poz. 8 oczyszczacza powietrza produkcji europejskiej.

PYTANIE 3

„Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 oczyszczacz powietrza – rok produkcji 2021?”

Zamawiający informuje, iż dopuści w poz. 8 oczyszczacz powietrza rok produkcji 2021.

PYTANIE 4

„Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 oczyszczacz powietrza zgodnie z poniższą kartą produktu. Urządzenie posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty, deklaracji, atest PZH, a także powiadomienie do Prezesa URWMIPL.”

Zamawiający informuje, iż nie dopuści oczyszczacza powietrza zgodnie z podaną kartą produktu z uwagi na wyższy wskaźnik poziomu hałasu niż wskazany przez Zamawiającego.

PYTANIE 5

Orbitrek magnetyczny do Sali rehabilitacyjnej:

Czy zamawiający dopuści do postępowania orbitrek o poniższych parametrach:

- Pomiar: czas, prędkość, dystans, kadencja (obr./min), tętno, kalorie, wat
- Ilość programów treningowych: 15
- Rodzaj oporu: indukcyjny

Zamawiający informuje, iż dopuszcza sprzęt o podanych powyżej parametrach.

PYTANIE 6

Rower magnetyczny z oparciem:

Czy zamawiający dopuści do postępowania rower z oparciem o poniższych parametrach:

- Rodzaj oporu: indukcyjny
- Maksymalna waga użytkownika: 130 kg
- 10 programów treningowych

Zamawiający informuje, iż dopuszcza sprzęt o podanych powyżej parametrach.

PYTANIE 7

Zestaw do magnetoterapii z leżanką:

Czy zamawiający dopuści do postępowania zestaw do magnetoterapii o poniższych parametrach:

- 2 kanały zabiegowe
- W zestawie: sterownik, aplikator szpulowy 60 cm na leżance, półka pod aparat montowana do leżanki
- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
- Programy własne – możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych przez terapeutę.
- Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych.

- Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym.
- Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym.
- Szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego– od 1 do 100Hz
- Automatyczne wykrywanie aplikatora - zastosowane kodowanie przewodu aplikatora umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora
- Kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt – unipolarne i bipolarne, MX1 - kolejna zmiana kształtów, przy stałej częstotliwości, MX2 - kolejna zmiana kształtów, z jednoczesną zmianą częstotliwości

Zamawiający informuje, iż dopuszcza sprzęt o podanych powyżej parametrach.

PYTANIE 8

„Czy Zamawiający dopuszcza bieżnie rehabilitacyjną z poręczą o maksymalnej wadze użytkownika min. 130 kg i wymiary pasa biegowego 122 x 40 cm?”

Zamawiający informuje, iż dopuszcza sprzęt o podanych powyżej parametrach.

p.o. Dyrektora
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY BIELANY m. st. w. Warszawy

Agnieszka Filipowicz