



# OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 – 824 Warszawa  
tel. 022 56 89 100 / fax. 022 864 – 59 – 52  
sekretariat@opsbielany.waw.pl  
NIP 118-09-35-660; REGON 010843854

Warszawa, 11 października 2022 r.

Znak sprawy: OPS IX.26.3.2.2022

Do Wykonawców

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

### Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia sali rehabilitacyjnej Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1 dot. Pakiet 1. Poz. 3

Czy zamawiający dopuści Bieżnię rehabilitacyjną z poręczą o zakresie prędkości: 0,3 do 6 km/h, maksymalnej wadze użytkownika 130kg oraz wymiarach pasa biegowego: długość pasa 122 cm, szerokość pasa 40 cm - pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza sprzęt o podanych powyżej parametrach.**

PYTANIE 2 dot. Pakiet 1. Poz. 6

Czy zamawiający dopuści zestaw do magnetoterapii zawierający Aparat do terapii polem magnetycznym, aplikator szpulowy 60cm oraz leżankę z półkami pod aparat i aplikatory o podanych poniżej parametrach:

7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym

Dwa niezależne kanały zabiegowe

Tryb manualny

Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie

Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu

Statystyki przeprowadzanych zabiegów

Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego

Emisja ciągła i impulsowa

Kształt pola: prostokątny dwupołówkowy, trójkątny dwupołówkowy, prostokątny jednapołówkowy, trójkątny jednapołówkowy, sinusoidalny jednapołówkowy, impulsowy jednapołówkowy

Opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami płaskimi CPEP

Zabiegi w trybie dualnym

Wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza

Sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych

Nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej

Nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej

spektrum częstotliwości 0 – 50 Hz

zegar zabiegowy 30 s - 60 minut

263 wbudowanych programów zabiegowych

50 programów do ustawienia dla użytkownika

programy ulubione

10 sekwencji do ustawienia dla użytkownika

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza sprzęt o podanych powyżej parametrach, z zastrzeżeniem, że spektrum częstotliwości powinno obejmować przedział min. do 60 Hz.**

PYTANIE 3 dot. Pakiet 1. Poz. 8

Czy zamawiający dopuści poziom hałasu max 50dB?

**Zamawiający informuje, iż nie dopuści oczyszczacza powietrza z uwagi na znacznie wyższy wskaźnik poziomu hałasu niż wskazany przez Zamawiającego.**

PYTANIE 4 dot. Pakiet 1 Poz. 12

Czy zamawiający dopuści Kabinę UGUL oraz zestaw osprzętem które są wyrobami medycznymi zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonymi do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonymi w deklarację zgodności producenta i opatrzonymi znakiem CE o okresie gwarancji 12 miesięcy?

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza 12-miesięczny okres gwarancji produktu.**

PYTANIE 5 dot. Pakiet 1 Poz. 12

Czy zamawiający dopuści kabinę UGUL z osprzętem jak poniżej:

Linka długość 1600 mm - 8 szt

Linka długość 960 mm - 6 szt

Linka długość 2450 mm - 1 szt

Linka długość 5720 mm - 1 szt

Linka długość 3750 mm - 3 szt

Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - 4 szt

Podwieszka ud i ramion - 145x540 - 4 szt

Podwieszka pod miednicę 230x750 - 2 szt

Podwieszka klatki piersiowej - 1 szt

Podwieszka pod głowę - 1 szt

Podwieszka stóp - 4 szt

Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 - 4 szt

Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1330x170 - 1 szt

Kamaszek - 1 szt

Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt

Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt

Ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt

Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt

Ciężarek miękki 2,5 kg - 2 szt

Ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt

Esik - 30 szt

**Zamawiający dopuszcza produkt o podanych powyżej parametrach z zastrzeżeniem, iż w skład zestawu wyposażenia musi wchodzić również uchwyt metalowy na linkę 2 szt., mankiet nadgarstko-wo-kostkowy 80x450 mm 1 szt., mankiet udowy 130x770mm 1 szt.**

PYTANIE 6 dot. Pakiet 1 Poz. 13

Czy zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny - certyfikowany wyrób medyczny polskiej produkcji o maksymalnym okresie gwarancji 24 miesiące?

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza 24-miesięczny okres gwarancji produktu.**

PYTANIE 7 dot. Pakiet 1. Poz. 13

Czy zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o długości leża 196cm?

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza produkt o podanych powyżej wymiarach.**

PYTANIE 8 dot. Pakiet 1. Poz. 15

Czy zamawiający dopuści leżankę drewnianą o długości 195cm, wysokości 67cm oraz szerokości 66cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza produkt o podanych powyżej wymiarach.**

p.o. Dyrektora  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
DZIELNICY BIELANY m. st. Warszawy  
Agnieszka Filipowicz